ACTANIOS

P1

Détergent de l'instrumentation

ACTANIOS PRION P1 devient ACTANIOS P1

CE

- **Détergent intégré au protocole P1 - P2 - HLD**
- **Formule brevetée**
- **Eco-formulation**
- **Haute efficacité en détergence**
- **Compatibilité avec tout type de matériaux : pH neutre**

INDICATIONS

•Nettoyage renforcé de l'instrumentation médico-chirurgicale, du matériel endoscopique et autres dispositifs médicaux. Usage possible en bac à ultra-sons pour protocole classique et protocole "Prion".

PRODUIT
A DILUER
25 ml › 5L

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide orangé parfumé
- Complexe tri-enzymatique : protéase, lipase, amylase.
- Sans aldéhyde, sans chlore
- Stabilité du bain de trempage : 8 heures (journée opératoire)
- Stabilité enzymatique prouvée
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1995/3723

CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM

ACTANIOS P1

Détergent de l'instrumentation

MODE D'EMPLOI

A utiliser en combinaison avec ACTANIOS P2

Dilution à 0,5 % :
Verser une dose de 25 ml
pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

Immerger complètement le Dispositif médical
Respecter un **temps de contact de 10 min selon le protocole de double nettoyage** en fonction des propriétés sur ATC et/ou ATNC recherchées. Brosser et écouvillonner.
Rincer l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique) **entre chaque nettoyage**.

Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES (ATC)

Activités Bactériostatique (Pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus) et fongistatique (Candida albicans, Aspergillus niger) validées à 0,5%.

COMPOSITION

Agents tensioactifs, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), agent séquestrant, Sel de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyethyl)ammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, parfum, colorant, excipients.

PROPRIETES PRIONICIDES (ATNC)

Protocole	Réduction selon courbe Standard (log)	Interprétation
ACTANIOS P1 - 10 min. + rinçage + ACTANIOS P2 - 5 min. + rinçage	≥ 4,20	Eliminant partiel
ACTANIOS P1 - 10 min. + rinçage + ACTANIOS P2 - 5 min. + rinçage + ACTANIOS HLD - 15 min. + rinçage	≥ 5,25	Inactivant total

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage entre +5°C et +35°C.

CONDITIONNEMENTS

1 Carton de 12 flacons de 1 litre
avec doseur incorporé.....Réf. 2077.095

2 Carton de 4 bidons de 5 litres
avec 1 pompe doseuse de 25 ml.....Réf. 2077.036

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

2077FR-2010.11D- Photos non contractuelles